

複合型保育器 仕様書

2026年9月

地方独立行政法人
岐阜県総合医療センター

1. 場所・期限

納入場所: 岐阜県総合医療センター 3階東病棟

納入期限: 2027年3月31日(水)

2. 品名・規格・数量

品名: アトム保育器 Ai7 ワイドデュアル

品名・規格		単位	数量
アトムメディカル株式会社			
アトム保育器 Ai7 ワイドデュアル		式	1
《内訳》			
アトム保育器 Ai7 ワイドデュアル	21660	台	1
I.Vポール Fレール取付式	23720	個	1
トレセツト Fレール取付式	23708	個	1
回転ボンベ架 Fレール取付式	23640	個	2
アトム流量計付ブレンダーOX-370ブリード切替	34569	個	2
体重モニタ/Wide	21272	個	1
ドレナージハンガー	21265	個	1
Babeeline 回転臥床台	61690	個	1
AGヒーターミニ	23750	台	1
四連コンセントセツト Fレール取付式	23725	組	1
四連コンセントセツト ポール取付式/取付金具付	33059	組	1
バスケットアーム付/Fレール取付式	23717	個	2
酸素センサー	21252	式	1
MFレール 左右兼用/Fレール取付式	23721	個	1
減圧調整器OX-235酸素用	34536	個	1
減圧調整器OX-236空気用	34537	個	1
3連ベビーガード/Wide	21270	個	1
MFレール 7cm/ポール取付式	22122	個	1
レサシスタンド ボンベ架(2本用)付	23873	個	1

3. 提出書類

納品書、納入品のリスト及び写真(電子データ)、請求書 他 付属書類

4. 入札に関する基本要件

(1) 保守体制・障害支援体制に関しては以下の要件を満たすこと。

- ・ 病院職員の立会いのもと、機器及び連携する装置等（ハード及びソフトウェア）全体が正常に動作することを確実に確認するとともに、納入後1年以内の通常使用による故障及び障害に対しては、無償保証に応じること。
- ・ 無償保証期間中の障害発生時には速やかに所要の保守修理に応じよう点検保守体制を整えること。
- ・ 障害時において、迅速なるサービスが対応されていること。

(2) 据付・搬入・配線・撤去・調整等の設置条件に関しては以下の要件を満たすこと。

- ・ 病院職員と協議の上、病院の承認後に着工するものとする。
- ・ 設置工事に係る費用は、請負業者負担とする。
- ・ 機器搬入にあたっては、その搬入経路の壁床等に養生・補強等を施すこと。また、別途指示のあった場合はその指示の通りとすること。万一、発注者の建物及び物品に損傷を与えた場合は、職員に報告するとともに、速やかに現状に復すること。
- ・ 万一、機器搬入及び据付工事の際、過って病院の躯体、設備、器物等に損傷を与えた場合は、自己の負担において速やかに修復すること。
- ・ 機器搬入及び据付工事に必要とする病院内での一般光熱水費は原則として病院が負担する。但し、溶接ガス等特殊なものは請負業者負担とする。
- ・ 撤去後の機器については、院内の病院職員の指定する場所へ移動すること。

(3) 教育訓練等に関しては以下の要件を満たすこと。

- ・ 教育訓練は病院の職員と協議の上、指定する日時、場所で行うこと。
- ・ 操作マニュアルは各装置について日本語版を各1部提供すること。

(4) 売買契約後、納品までの間に新機種開発により同等機種以上の性能があり、型式変更または機能付加された場合は病院と協議の上、病院の指定する機種を契約金額内にて納入すること。またそれにより設置条件等に変更が生じた場合、速やかにその情報を病院へ提供し、病院と協議を行い納期に支障を来さないようにすること。

(5) 納入スケジュールについて、病院職員の指示に従うこと。

(6) その他本仕様書に記載されない事項については適宜病院との協議に応ずること。

特記仕様書

1. 妨害又は、不当介入に対する通報義務

受注者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察に通報をしなければならない。

2. 受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了できないときは、甲に履行期間の延長変更を請求することができる。